

强制检定工作计量器具申报流程

编制：兰志东

巴彦淖尔市产品质量计量检测中心



访问【巴质通】官网

<http://www.bscheck.cn/>

【巴质通】 首页

“E-CQS强检平台”



巴彦淖尔市质量基础设施“一站式”服务平台

首页 服务项目 质量资讯 巴彦淖尔市知识产权服务 通知公告 质量e课 专家库 质量培训 服务流程图 联系我们

服务项目

 计量技术服务	 标准化建设服务	 认证认可服务	 品牌培育服务	 知识产权服务	 质量提升服务
 法律法规服务	 产品检验服务	 标准全文公开系统	 生产许可证公示查询	 E-CQS强检平台	 企业平台

用户注册与登录



注册与登录

新用户需点击页面右上角的“注册”按钮进行账户创建。

已有账号的用户可直接点击“登录”按钮，输入账号和密码后进入系统。

用户注册选：企业注册



请选择用户类型：

个人注册 **企业注册** 机构注册 专家注册 用

法人 / 其他组织类型 ☒ 法人企业 ☐ 非法人企业 [《电子营业执照使用说明》](#)

普通法人企业注册 电子营业执照注册（暂停使用）

*用户名（企业用户） 4-20个字符，支持字母、数字组合

*密码 8-20个字符，必须由（大写字母+小写字母+数字+特殊字符）组成

*确认密码 请输入密码

*企业名称 请输入企业名称

请严格按照营业执照或组织机构代码上的企业名称字样填写全称。

企业类型 公司

企业类型按实际情况就近选择即可。

*统一社会信用代码 请输入18位的社会信用代码

请严格按照营业执照的统一社会信用代码(18位)填写，字母大写，注意不包含字母 "I、O、Z、S、V"。


企业营业执照

*所在地 ----- 选择省 ----- 选择市 ----- 选择区 -----

联系电话是常用电话，如人员变动，
电话及时进行更新。

已有账号登录方法

第一种方法：点击 首页右上角“登录”按钮后，输入用户名及密码。点击“登录”按钮即可进入系统主页面



第二种方法：点击首页强制检定工作计量器具业务管理系统 “在线办理”



忘记密码



忘记密码?

国家市场监督管理总局 | 中国电子质量监督(e-CQS)公共服务门户
State Administration for Market Regulation

返回首页 1 验证身份 2 设置新密码 3 完成

密码找回方式: ☒ 用户名 ☐ 注册手机号(可找回用户名和密码)

用户名

验证码 460347

下一步

当不确定注册手机号时, 需要进行线下的账号查询及密码重置的申请。申请方式:

1、企业或机构账号查询及密码重置: 需提供统一社会信用代码证明文件发送邮件至ecqs_service@samr.gov.cn, 并在邮件正文中注明18位信用代码号及查询人手机号;

2、个人账号查询及密码重置: 需提供注册人身份证复印件发送邮件至ecqs_service@samr.gov.cn, 并在邮件正文中注明身份证号、姓名及查询人手机号;

以上查询收到邮件验证身份后, 一个工作日内以短信反馈用户名及新密码。如出现未注册过、未提供手机号、邮件内容未按要求提供等情况时, 以邮件形式反馈。

完成账户注册后，初次申报或新增器具点台账维护，再次申报点预约申请




强检器具台账维护

第一步



第二步



示例 1：燃油加油机、压缩天然加气机、液化天然气加气机

器具新增

出厂编号：编号+枪号，格式看下面

器具名称

燃油加油机

器具类型

工作计量器具

一级目录

加油机

二级目录

燃油加油机

型号规格

42D4243F

测量范围

(5-50) L/min

准确度等级

±0.3%

出厂编号

TQ19070007(1枪)

生产厂家

正星科技股份有限公司

器具产地

国产

使用地点行政区划

五原县[150821]

安装/使用地点

新华街团结加油站

购置时间

器具数量

1

器具用途

贸易结算

送检方式

现场检

有效期至

说明：请准确填写“使用地点行政区划”、“一级目录”、“二级目录”信息，系统将根据此进行检定任务指派。

确定

关闭

器具新增

名称

出厂编号：编号+枪号，格式如下

器具名称

压缩天然气加气机

器具类型

工作计量器具

一级目录

加气机

二级目录

压缩天然气加气机

型号规格

JDJQ-35

测量范围

(0-200)kg/h

准确度等级

±0.5%

出厂编号

2009092916 (2枪)

生产厂家

安瑞科（廊坊）能源装备集团有

器具产地

国产

使用地点行政区划

五原县[150821]

安装/使用地点

新华街团结加气站

购置时间

器具数量

1

器具用途

贸易结算

送检方式

现场检

有效期至

说明：请准确填写“使用地点行政区划”、“一级目录”、“二级目录”信息，系统将根据此进行检定任务指派。

确定

关闭

器具新增

名称

出厂编号：编号+枪号

器具名称

液化天然气加气机

器具类型

工作计量器具

一级目录

加气机

二级目录

液化天然气加气机

型号规格

JDJQ-LNG-150型

测量范围

150kg/h

准确度等级

±0.5%

出厂编号

2009092916 (2枪)

生产厂家

安瑞科（廊坊）能源装备集团有

器具产地

国产

使用地点行政区划

五原县[150821]

安装/使用地点

新华街团结加气站

购置时间

器具数量

1

器具用途

贸易结算

送检方式

现场检

有效期至

说明：请准确填写“使用地点行政区划”、“一级目录”、“二级目录”信息，系统将根据此进行检定任务指派。

确定

关闭

示例2：衡器类 (电子计价秤、电子汽车衡、电子天平、戥子等)

非自动衡器


器具新增

各种秤、电子汽车衡、电子天平、戥子等一级目录选:非自动衡器

器具名称	电子台秤	器具类型	工作计量器具
一级目录	非自动衡器	二级目录	非自动衡器
型号规格	TCS-150	测量范围	1000g-150kg
准确度等级	3	出厂编号	15021331
生产厂家	天津市衡器厂有限公司	器具产地	国产
使用地点行政区划	五原县[150821]	安装/使用地点	XX超市2号收银台
购置时间		器具数量	1
器具用途	贸易结算	送检方式	现场检
有效期至			


说明: 请准确填写“使用地点行政区划”、“一级目录”、“二级目录”信息。系统将据此进行检定任务指派。

确定 关闭




测量范围：1000g-150kg

衡器铭牌示例：电子计价秤、台子台秤



示例3：压力仪器（压力表） 软键盘 标点符号选 ~



器具新增

型号规格与测量范围填写相同：（测量下限至测量上限+计量单位）

器具名称	压力表	器具类型	工作计量器具
一级目录	压力仪表	二级目录	指示类压力表、显示类压力表
型号规格	(0~1.6) MPa	测量范围	0~1.6) MPa
准确度等级	1.6	出厂编号	HY74553102331
生产厂家	红旗仪表有限公司	器具产地	国产
使用地点行政区划	临河区[150802]	安装/使用地点	XXX车间XX锅炉
购置时间		器具数量	1
器具用途	安全防护	送检方式	送检
有效期至			

说明：请准确填写“使用地点行政区划”、“一级目录”、“二级目录”信息，系统将据此进行检定任务指派。

确定 关闭


压力仪表实例：真空表、氧压力表

器具名称：真空表

规格型号、测量范围：(-0.1~0) MPa

准确度等级：1.6

出厂编号：722726



器具名称：氧压力表

规格型号、测量范围：(0~25) MPa

准确度等级：2.5



禁油压力表送检时必须单独存放，不得与其他压力表混放，如与其他压力表混放检测机构不予接收

强检器具台账维护五类内容填写

器具名称	一级目录	二级目录	特别强调事项	送检方试	器具用途
测速仪按铭牌填写	机动车测速仪	机动车测速仪	安装/使用地点：写清楚具体位置 示例：110国道900公里+110米东向西车道1	现场检	安全防护
透射式烟度计	透射式烟度计	透射式烟度计		现场检	环境监测
1. 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 2. 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 3. 源医用数字摄影（DR）系统X射线 4. 医用乳腺X射线辐射源	医用诊断X射线设备	医用诊断X 射线设备	器具名称不得简写：如CT、CR、DR等。	现场检	医疗卫生
心电图仪	心脑电测量仪器	心电图仪		现场检	医疗卫生
脑电图仪		脑电图仪		现场检	医疗卫生
多参数监护仪		多参数监护仪		现场检	医疗卫生
血压计	血压计（表）	无创自动测量血压计		送检	医疗卫生
电子血压计		无创非自动测量血压计		送检	医疗卫生
焦度计	焦度计	焦度计		现场检	医疗卫生
验光仪器看铭牌填写	验光仪器	验光仪、综合验光仪		现场检	医疗卫生
验光镜片箱		验光镜片箱		送检	医疗卫生

强检器具台账维护五类内容填写

器具名称	一级目录	二级目录	特别强调事项	送检方试	器具用途
名称查看压力仪表： 表盘	压力仪表	指示类压力表 显示类压力表	1、测量范围与规格型号均按 示例格式填写：(0~1.6)MPa（MP大写、a小写，计量单位需区分大小写）； 2、禁油压力表须与其他压力表分开装存，以防发生事故。	送检	安全防护
1. 电子台秤 2. 电子计价秤 3. 电子计重秤 4. 机械台秤 5. 条型码打印计价秤 6. 戥子 7. 电子天平 8. 电子汽车衡等	非自动衡器	非自动衡器	常见错字：秤不写成“称”	送检 现场检	贸易结算
燃油加油机	加油机	燃油加油机	出厂编号： 编号+枪号 示例：AA19070003 (6枪)	现场检	贸易结算
压缩天然气加气机	加气机	压缩天然气加气机	出厂编号： 编号+枪号 示例：AA19070003 (1枪)	现场检	贸易结算
液化天然气加气机		液化天然气加气机	出厂编号： 编号+枪号 示例：AA19070003 (9枪)	现场检	贸易结算
水份仪按铭牌填写	特别强调 水分测定仪选择 谷物容重器，	烘干法水分测定仪	总局强检系统无法将水分测定仪分配到巴市质计中心	送检	贸易结算
水分仪按铭牌填写		电容法和电阻法谷 物水分测定仪	水分测定仪一级目录和二级目录 改造 谷物容重器	送检	贸易结算
容重器按铭牌填写	谷物容重器	谷物容重器		送检	贸易结算
出租车计价器（车牌）	出租汽车计价器	出租汽车计价器	器具名称： 示例：出租车计价器(蒙L xxxxx)	送检	贸易结算

强检器具预约申请

服务事项名称

操作

强检器具台账维护

直接办理

强检器具预约申请

直接办理

2024-09-30 11:30:23	已提交
2024-09-29 15:52:22	已提交
2024-09-29 14:19:52	已反馈
2024-08-06 10:37:12	已提交
2024-07-12 15:24:01	已提交
2024-06-05 17:03:17	已提交
2024-03-24 15:07:42	已提交
2023-10-09 10:39:51	已提交

点新增

显示1到10,共12记录

新增

修改

删除

预约单详情

选择器具

查询条件

第一步：选择器具将准备申的器具，打勾

第二步：选择完器具后，点选择

器具编号

器具名称

有效期至

检定机构

出厂编号

器具状态

检定状态

送检方式

器具一级目录

查询

重置

	☐	器具编号	器具名称	检定机构	出厂编号	生产厂家	有效期至	一级目录	二级目录	测量范围	准确度	器具数量	器具状态	检定状态	送检方式
1	☒		压力表11	五原县产	BLD2017	北京希美	2024-12	压力仪表	指示类	0~10MPa	1.0	1	在用	到期	送检
2	☐		压力表12	五原县产	BLD2017	北京希美		压力仪表	指示类	0~2300psi	1.0	1	新增	正常	送检
3	☐		压力表8	五原县产	BLD2017	北京希美		压力仪表	指示类	0~10MPa	1.0	1	新增	正常	送检
4	☐		压力表6	五原县产	BLD2017	北京希美	2024-12	压力仪表	指示类	0~1MPa	1.0	1	在用	到期	送检
5	☐		压力表3	五原县产	170G298	无锡凯士	2024-12	压力仪表	指示类	0~10MPa	1.0	1	在用	超期	送检
6	☐		压力表1	五原县产	170G298	无锡凯士	2024-12	压力仪表	指示类	0~10MPa	1.0	1	在用	超期	送检
7	☐		燃油加油机	五原县产	BL12862	广东奥林	2025-04	加油机	燃油加油机	(1.5~15)±0.3%		1	在用	预警	现场检

选择

关闭

预约申请

新增预约单-选择器具

单位代码

单位名称

联系人

手机号码

单位地址

备注

	☐	器具编码	器具名称	器具类型	一级目录	二级目录	型号/规格	测量范围	准确度	器具数量	购置日期	出厂编号	使用地点	制造单位	器具产地	器具用途	使用地点行政区划	送检方式
1	☐		压力表11	工作计量	压力仪表	指示类压	京制0105	0 40MPa	1.6	1		BLD2017	中达石化	北京布菜	国产	环境监测	五原县	送检

准备送检的点击打勾

打完勾点提交申请

预约申请

预约单记录查询

关于新版强制检定工作计量器具目录已发布的通知



预约编号

预约时间 到

状态

查询

重置

	☐	预约编号	器具数量	预约时间	状态
1	☐	2025040704384	1	2025-04-07 16:47:29	已提交
2	☐	2025040500003	1	2025-04-05 01:12:32	已反馈
3	☐	2025031002144	4	2025-03-10 12:15:32	已提交
4	☐	2024093000940	4	2024-09-30 11:30:23	已提交
5	☐	2024092901963	12	2024-09-29 15:52:22	已提交
6	☐	2024092901592	4	2024-09-29 14:19:52	已反馈
7	☐	2024080601058	5	2024-08-06 10:37:12	已提交
8	☐	2024071202317	3	2024-07-12 15:24:01	已提交
9	☐	2024060503613	12	2024-06-05 17:03:17	已提交
10	☐	2024032400402	12	2024-03-24 15:07:42	已提交

10 第 1 共 2 页

显示 1 到 10, 共 13 记录

新增 修改 删除 预约单详情

预约申请

回执信息



预约单共1条计量器具，其中1条已分配至五原县产品质量计量检测所

系统自动分配指定机构

计量器具信息

	☐	计量器具编码	器具名称	二级目录	型号/规格	出厂编号	检定单位	联系电话	证书编号	检定结果	流程状态
1	☐		压力表11	指示类压力表、	京制01050070	BLD201706251F	五原县产品质量	04785586704			待预约

待预约，申报完成，联系机构或等待机构审核
预约失败，机构审核未通过，查看回执未通过原因
待检定，机构审核通过，联系机构协商检测事宜

送检注意事项

01

联系机构

在完成强检器具预约申请后，及时联系指定技术机构，确认申请及送检日期。

02

核对器具信息

送检前，务必核对申请计量器具信息与实际送检的器具是否一致，包括型号、编号、使用单位等，确保信息无误，避免因信息不符导致检定延误。

03

准备相关资料

送检时需携计量器具相关资料及配套电源等，以便技术机构进行检测时使用。

04

确保器具完好

送检的计量器具应处于正常工作状态。如器具存在故障，需提前维修后再送检。

现场检注意事项

01

联系机构

主动联系平台指定的技术机构。可通过电话、邮件或平台在线沟通方式进行联系。

02

检测时间

协商具体检测时间、检测流程及交通工具事宜。

03

检测准备

提供必要的人员、场地和设备支持，配合现场检测工作。

证书下载：【巴质通】企业平台



01 企业平台登录

用户名：E-CQS强检平台注册电话，初始密码：123321

02 检测进查询

可查询审核状态、审核结果。

03 计量委托检测

审核通过后生成电子证书，企业可随时下载电子证书。

证书下载：【巴质通】电子证书/报告下载平台



通过委托单号和客户密码进行下载

- 1、送检，委托单上有委托单号和客户密码
- 2、现场检，向检测人员或拨打0478-8213786客服电话索取。

欢迎访问巴彦淖尔市产品质量计量检测中心证书报告下载平台

电子证书及报告下载平台导航

企业检验检测业务平台

计量检测电子证书下载

内蒙古巴彦淖尔市临河区临五路植物园1号 电话：0478-8213786

版权所有 巴彦淖尔市产品质量计量检测中心

计量检测电子证书下载：

请输入委托单号和委托单上的客户密码,然后点击查询；再选中需要下载的证书，点击【电子证书批量下载】按钮下载电子证书。【推荐使用批量压缩包下载】

委托单号 客户密码 查询 查询结果记录数：0 ☐ 全选中 电子证书批量下载 批量压缩包下载

选中	证书编号	证书类型	委托单号	器具名称	检测时间	委托单位	生产厂	出厂编号	测量类型	下载电子证书

巴彦淖尔市产品质量计量检测中心 客服电话:0478-8213786

证书下载：微信报检平台



巴彦淖尔市产品质量计量检测...

【宣传】世界计量日宣传活动之走进恒远工业园区

【党建】巴彦淖尔市产品质量计量检测中心开展在职党员进社区“双报到 双服务 双报...

【宣传】世界计量日宣传活动之“五进”活动

【世界计量日宣传活动】你身边的竞赛开始啦！快来参与→

【世界计量日宣传活动】2024年“日”——“小”计量里的“大”民

计量检测预约

计量检测进度

产品检验登记

我的检验信息

证书报告下载

往期回顾

≡ 服务

≡ 我要检测

计量检测电子证书下载：

请输入委托单号和委托单上的客户密码,然后点击查询；再选中需要下载证书，点击【电子证书批量下载】按钮下载电子证书。【推荐使用批量压缩包下载】

委托单号

客户密码

查询

查询结果记录数：0

☐ 全选中

电子证书批量下载

选中	证书编号	证书类型	委托单号	器具名称	检测时间	委托单位	生产厂	出厂编号	测量类

委托单号与客户密码：1、送检器具在委托单位上查找，2、现场检测可让检测人员提供或打电话8213786客服人员查找。

巴彦淖尔市产品质量计量检测中心
客服电话 0478-8213786

国家市场监督管理总局E-CQS强检平台
客服微信公众号 “你呼我应”。

谢谢观看